

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Nemocnice Žatec, o.p.s

jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec

IČ: 25026259

DIČ: CZ25026259

Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Název veřejné zakázky:

Odsávačky

Evidenční číslo zakázky:

REACT 007/2022

Dotaz č. 1:

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje seznam 3 zakázek v minimálním objemu 340.000 Kč bez DPH. Naše odsávačky mají nižší prodejní cenu, proto nedosahujeme těchto limitů. V příloze posíláme seznam významných zakázek, které běžně předkládáme do VZ. Bude zadavatel akceptovat takové rozsahy plnění ke splnění technické kvalifikace? Veškeré technické parametry dle technické specifikace odsávaček splňujeme (jen u posledního bodu nemáme horní odkládací policičku, ale nabízíme velký košík pro příslušenství na spodní části vozíku, dle našich zákazníků více preferují než policičku, která brání v manipulaci madlem). V ČR jsme již dodali přes 600 ks elektrických odsávaček do zdravotnických zařízení včetně fakultních nemocnic. Nabízíme kvalitní odsávačky (výrobce Slovensko) za rozumné ceny. Děkuji za vyjádření.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat rozsahy plnění ke splnění technické kvalifikace se stejným předmětem plnění, realizovaných v posledních 3 letech s minimální hodnotou 200 000 Kč bez DPH.

Ano, zadavatel bude akceptovat velký košík pro příslušenství na spodní části vozíku.

Dotaz č. 2:

Znění technické specifikace:

- Hlučnost méně než 40 dB

Naše společnost, jako renomovaný výrobce elektrických zdravotnických odsávaček a dodavatel těchto přístrojů do více než čtyřiceti zemí, prošla v roce 2018 v souvislosti se změnou předpisů a norem recertifikací ZP (elektrické odsávačky).

Celková hlučnost přístrojů byla v nejpřísnějších certifikovaných laboratorních a zkušebních podmínkách stanovena na 58,6 dB.

Tato hodnota vysoce splňuje předpisy stanovené normou pro použití našich odsávaček v systému zdravotnictví ČR i EU a ve srovnatelných podmínkách měření patří naše odsávačky k provozně nejtišším přístrojům na celosvětovém trhu.

Dotaz účastníka:

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s přístroji, kde je na základě certifikačního protokolu stanovena maximální hlučnost v celém rozsahu použití přístroje na 58,6 dB ?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s maximální hlučností do 58,6 dB.

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

podpisové pole

