

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Nemocnice Žatec, o.p.s

jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec

IČ: 25026259

DIČ: CZ25026259

Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Název veřejné zakázky:

RTG přístroje - část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)

Evidenční číslo zakázky:

REACT 023/2022

Dotaz č. 1

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ „RTG přístroje“ - část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)

V technické specifikaci jsou uvedené požadavky:

Detektory a expozice

Vyšetřovací stůl

Pevně mechanicky integrovaný (fixní) detektor s aktivní plochou min. 42x42 cm, technologie detektoru a-Si, matrice detektoru min. 2850 x 2850. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm

Vertigraf – volný bezdrátový detektor

Bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm, technologie detektoru a-Si, matrice detektoru min. 2350 x 2850. Mřížka pro detektor. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm. Hmotnost maximálně 3,5 Kg.

Automatické dobíjení detektoru v bucky vertigrafu.

Dotaz: V praxi používaným řešením u RTG systémů se dvěma detektory je umístění pevného detektoru (fixního) o rozměru min. 42x42 cm ve **vertigrafu** (možnost osnímkovat celý hrudník, plíce ve stoje) a volného bezdrátového detektoru umístěného ve **stole** přístroje (možnost snímkovat např. končetiny na desce stolu).

Domníváme se, že se jedná o administrativní omyl, kde došlo k prohození pracovních míst (vertigraf, stůl). Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace, pro výše uvedenou část veřejné zakázky (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.